

Sistema de Placas para Húmero

INSTRUCCIONES DE USO

R: Para uso médico exclusivamente. Advertencia: La ley federal de los Estados Unidos limita el uso o venta de este dispositivo sólo por médicos o por orden médica.

El no observar las instrucciones para su uso, puede resultar en lesiones al paciente.

Este folleto está diseñado para proveer instrucciones para el uso del Set de Placas Húmero, y no es una técnica quirúrgica. Previo al uso de este Sistema, el cirujano debe de estar familiarizado con toda la información contenida en este panfleto.

Descripción:

El Set de Placas para Húmero de Skeletal Dynamics consiste de los siguientes sistemas:

1. Sistema de Placas para el Húmero Distal.
2. Sistema de Placas para la Diáfisis Humeral.

Sistema de Placas para el Húmero Distal.

El sistema de placas para el húmero distal de Skeletal Dynamics consta de placas y tornillos de aleación de titanio, tornillos de bloqueo poliaxiales canulados de cromo cobalto, agujas de Kirschner e instrumental especializado diseñado para la fijación de fracturas, fusiones, osteotomías y pseudoartrosis del húmero distal.

Las placas de húmero distal están disponibles en varias configuraciones y longitudes diseñada para tratar diversas anatomías del paciente.

Sistema de Placas para el Húmero Distal, Indicaciones de Uso

El sistema de placas para húmero distal de Skeletal Dynamics está indicado para la fijación de fracturas, osteotomías y pseudoartrosis del húmero distal.

Sistema de Placas para Diáfisis Humeral.

El sistema de placas para Diáfisis Humeral de Skeletal Dynamics consta de placas y tornillos de aleación de titanio, alambres de Kirschner e instrumental especializado diseñado para la fijación de fracturas, fusiones, osteotomías y pseudoartrosis del húmero.

Las placas para la diáfisis humeral están disponibles en varias configuraciones y longitudes diseñada para tratar diversas anatomías del paciente.

Sistema de Placas para Diáfisis Humeral, Indicaciones de Uso: El sistema de placas para la diáfisis humeral de Skeletal Dynamics está indicado para la fijación de fracturas, fracturas periprotésicas, pseudoartrosis y incompleta o no consolidación de fracturas en pacientes adultos, incluidos aquellos con osteopenia.

Contraindicaciones:

Previo al uso del Set de placas para húmero, confirme que no se presente ninguna de las siguientes condiciones del paciente: infección activa o latente, sepsis, osteoporosis, cantidad o calidad insuficiente de hueso y/o tejido blando, sensibilidad del material (si se sospecha sensibilidad, se deben realizar pruebas de intolerancia o alergia), realizado antes de la implantación), o pacientes que no quieran o sean incapaces de seguir las instrucciones de cuidado postoperatorio. El equipo no debe utilizarse en pacientes pediátricos o pacientes con cartílagos de crecimiento abiertos

Advertencias y Precauciones Generales

- La información contenida en este documento debe de ser compartida con el paciente.

- El paciente debe ser informado sobre la importancia de seguir la rehabilitación postoperatoria prescrita para comprender plenamente las posibles limitaciones en las actividades de su vida diaria. Se debe advertir al paciente que el incumplimiento de las instrucciones de cuidados postoperatorios puede provocar el fracaso del implante y/o del tratamiento.
- Debe de advertirse al paciente, preferiblemente por escrito, sobre el uso, las limitaciones y los posibles efectos adversos de este dispositivo, incluida la posibilidad de unión retardada, falta de unión, falla del dispositivo o del tratamiento como resultado de una fijación no firme y/o pérdida de firmeza, estrés, actividad excesiva o soporte de peso o carga, y la posibilidad de daño a los nervios o tejidos blandos relacionado con el trauma quirúrgico o la presencia del dispositivo.
- Pueden ocurrir fallas potenciales de la construcción del dispositivo, como fracturas por estrés de los huesos, de fijación del implante, inestabilidad, curación retardada de los tejidos blandos, irritación de los tejidos blandos, fusión retardada, falta de fusión o curación incompleta como resultado del incumplimiento de rehabilitación postoperatoria, actividades excesivas o sobrecarga de construcción.
- Para un uso eficaz y seguro del implante, el cirujano debe estar completamente familiarizado con la técnica quirúrgica del dispositivo, el implante y los instrumentos asociados. Las fallas potenciales de los dispositivos en el conjunto pueden incluir unión retrasada, falta de unión, aflojamiento de la fijación, migración o falla del dispositivo, fracturas por estrés de los huesos o curación incompleta como resultado de una actividad excesiva, sobrecarga o incumplimiento de la rehabilitación postquirúrgica.
- Los dispositivos del Set no están diseñados para soportar el estrés de soportar peso, carga o actividad física excesiva. La rotura del dispositivo puede ocurrir cuando el implante se somete a una carga excesiva asociada con la unión retrasada, la falta de unión o la cicatrización del tejido blando. La aplicación incorrecta de cualquiera de los dispositivos durante la implantación también puede aumentar la posibilidad de aflojamiento o migración.
- NO reutilice ninguno de los componentes implantables del set. La reutilización puede comprometer la integridad estructural de la construcción y/o provocar fallas o infecciones, lo que puede causar lesiones al paciente.
- Proteja los componentes implantables del equipo contra rayaduras o mellas. Tal concentración de estrés puede conducir al fracaso del implante.
- Antes de usar el equipo, inspeccione todos los implantes e instrumentos por posible desgaste, desfiguración y daño físico. Si se encuentra evidencia de desgaste, desfiguración o daño físico, NO lo use y comuníquese con su representante local de Skeletal Dynamics o con el Departamento de atención al cliente de Skeletal Dynamics.
- NO implante de forma permanente los alambres de Kirschner de Skeletal Dynamics; éstos sólo están destinados a ser utilizados durante la fijación provisional.
- Algunas agujas de Kirschner son de doble trocar. El usuario debe manipular las agujas de Kirschner de la forma adecuada durante la inserción y extracción para evitar lesiones punzantes y /o penetrantes.
- NO implante de forma permanente las guías de broca precargadas o las guías AIMing; “estas están destinados a ser retirados antes de la inserción del tornillo o perno.
- NO utilice longitudes de pasador/clavija/tornillo que sobresalgan excesivamente a través de la cortical opuesta, ya que puede provocar irritación y/o lesión de los tejidos blandos.
- NO mezcle componentes de implantes o instrumental de diferentes sistemas o fabricantes por razones metalúrgicas, biomecánicas y funcionales.
- Deseche los implantes e instrumentos contaminados según las pautas y los protocolos establecidos del centro de asistencia médica del usuario.
- La precisión de los medidores de profundidad, espacio y tornillo está dentro de $\pm 0,50$ mm o menos en este sistema.
- Debe de tenerse cuidado con las interferencias con los marcapasos durante la electrocauterización o con taladros no certificados.
- Procure ayuda médica de inmediata si el implante no funciona correctamente.
- Los beneficios de la cirugía de implantes pueden no cumplir con las expectativas del paciente o pueden deteriorarse con el tiempo, requiriendo una cirugía de revisión para reemplazar el implante o realizar procedimientos alternos.
- Se debe tener cuidado de no colocar tornillos en la articulación o espacio articular.
- Para mantener el seguimiento de los componentes implantables del sistema, registre cada uno de los números de lote de los componentes respectivos en los expedientes médicos del paciente después de la implantación.
- El equipo debe utilizarse únicamente con instrumentos, implantes y accesorios de Skeletal Dynamics.
- Todos los tornillos se deben implantar y apretar por completo para mantener la integridad y la resistencia de la construcción terminada y la posición establecida intra operatoriamente. Si los tornillos no están colocados y/o apretados por completo, puede ocurrir una falta de unión, unión retrasada, una complicación afectando a los tejidos blandos o una falla del montaje.
- Tenga cuidado al penetrar la cortical medial del húmero distal con agujas de Kirschner o taladros, ya que podría lesionar los nervios.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio disponible para una aplicación adecuada cuando se utilice junto con otros implantes para evitar interferencias. La interferencia con otros dispositivos puede provocar el fracaso del implante o complicaciones posoperatorias.
- Al perforar el húmero distal, asegúrese de evitar perforar las superficies articulares.
- Se debe tener cuidado al contornear placas. Doblar las placas puede debilitarlas o romperlas.
- La angulación máxima del tornillo poliaxial con bloqueo (PLS) no debe exceder los 10° de la trayectoria del orificio respectivo.
- No puede esperarse que las placas de húmero toleren los niveles de actividad y las cargas del tejido articular y óseo sano y normal antes de la cicatrización. La falla del implante puede ocurrir como resultado de la pérdida de fijación, actividad excesiva, desalineación, traumatismo, falta de unión o cargas excesivas.

Eventos adversos potenciales:

Riesgos potenciales que se han asociado con la cirugía: malestar o sensaciones anormales, daño a los nervios, vasos o tejidos blandos, infección, edema o hinchazón, contracturas articulares, reducción o pérdida de movimientos, erosión ósea, fracturas a través de orificios óseos, sensibilidad al material, perforación ósea intraoperatoria, rigidez, pseudoartrosis, dolor persistente, rigidez, disociación, aflojamiento o migración de los implantes que da como resultado una mala alineación. Se puede producir un acortamiento o alargamiento no deseado de la extremidad, dislocación o subluxación debido a una colocación incorrecta, falla del implante, fricción y corrosión en grietas en las interfaces entre los implantes, desgaste y deformación de las superficies articulares. Puede producirse sensibilidad al metal o una reacción histológica, alérgica o adversa a un cuerpo extraño como resultado de la implantación de un material extraño al organismo.



🔑 Información de seguridad en resonancia magnética.

Una persona con el implante del sistema de placas para el húmero puede escanearse de manera segura bajo las siguientes condiciones. El no cumplir con estas condiciones puede resultar en lesiones al paciente.

Nombre del dispositivo	Implantes del Sistema de Placas para Húmero
Fuerza del Campo Magnético Estático (B0)	1.5T o 3.0T
Gradiente de Campo Espacial Máximo	30 T/m (3,000 gauss/cm)
Excitación RF	Polarizado Circularmente (PC)
Trasmisor RF Tipo CGradoil	No Restricciones de Bobina de Transmisión
Modo Operacional	Modo de Operación Normal
SAR Máxima de Cuerpo Entero	2 W/kg (Modo de Operación Normal)
SAR Máximo de la Cabeza	3.2 W/kg (Modo de Operación Normal)
Duración de Escaneo	SAR promedio de cuerpo entero de 2 W/kg durante 60 minutos de RF continua (una secuencia o serie consecutiva/escaneo sin interrupciones)
Artefactos en la Imágen	La presencia de estos implantes puede producir artefactos en la imagen.

Instrucciones de uso:

El equipo sólo debe ser utilizado por cirujanos con experiencia en el uso del sistema. Cada cirujano debe evaluar la idoneidad para el uso del Set en base a sus experiencias clínico-quirúrgicas.

El cirujano debe seleccionar el tipo y medidas de implante que mejor se adapte a las necesidades del paciente. Aunque el cirujano es el intermediario médico entre la empresa y el paciente, este documento contiene información médica importante que debe de ser compartida con el paciente.

Es responsabilidad del cirujano familiarizarse con el procedimiento antes de usar este dispositivo. Así como es también responsabilidad del cirujano el estar familiarizado con las publicaciones pertinentes sobre el procedimiento

antes de su implementación. Consulte la(s) Guía(s) de Técnica Quirúrgica para revisar el abordaje quirúrgico según descrito por Jorge L. Orbay, M.D. del Miami Hand and Upper Extremity Institute, localizado en Miami, Florida (USA).

Limpieza:

Una vez recibido en las instalaciones del usuario, el juego de placas humerales debe limpiarse antes de su esterilización. Las instrucciones de limpieza manual recomendadas se establecen a continuación. Otros métodos de limpieza deben ser validados por las facilidades del usuario.

Limpieza de implantes:

Las placas implantadas, los tornillos y los componentes asociados nunca deben de reutilizarse. Después de cada uso, los implantes no utilizados deben limpiarse por separado de los instrumentos contaminados para evitar la contaminación cruzada siguiendo las instrucciones de limpieza que se proporcionan a continuación.

Advertencias y precauciones

- Si el implante ha estado en contacto con el paciente, fluidos corporales o tejidos, o si está dañado, NO puede reprocesarse y DEBE desecharse correctamente.
- Los usuarios deben usar equipo de protección personal (EPP) apropiado.
- Los usuarios deben ser personal calificado con evidencia documentada de capacitación y competencia. La capacitación debe incluir las pautas y estándares aplicables actuales y las políticas establecidas de los centros de atención médica.

Limpieza de instrumentos:

El instrumental del set de placas para húmero debe limpiarse a fondo antes de volver a ser utilizado para lograr su esterilización.

Advertencias y precauciones

- Los instrumentos y accesorios reutilizables del set de placas para húmero, incluida la bandeja de esterilización y los componentes de la bandeja, deben descontaminarse inmediatamente después de completar el procedimiento quirúrgico. No se debe permitir que los residuos contaminantes se sequen sobre los instrumentos antes de la limpieza/reprocesamiento.
- Se deben de limpiar el exceso de sangre, fluidos o residuos para evitar que se sequen sobre las superficies.
- Solo el personal calificado con evidencia documentada de capacitación y competencia debe limpiar los instrumentos. La capacitación debe incluir las pautas y estándares vigentes y las políticas de los centros de atención médica.
- Evite el uso de cepillos metálicos o estropajos durante el proceso de limpieza.
- Los instrumentos deben enjuagarse para eliminar residuos de los agentes de limpieza.
- No utilice aceite mineral ni lubricantes de silicona en los instrumentos.
- Se recomiendan agentes enzimáticos y limpiadores de pH neutro para la limpieza de instrumentos. Es importante que los agentes de limpieza alcalinos se neutralicen completamente y se enjuaguen de los instrumentos.
- Antes de la esterilización, se debe inspeccionar los instrumentos para verificar la limpieza de las superficies, los acoplamientos y los lúmenes, el funcionamiento adecuado y el desgaste. Si el producto no se puede limpiar después de varios lavados o si se encuentra evidencia de desgaste, desfiguración o daño físico, NO lo use y comuníquese con su representante local de Skeletal Dynamics o con el Departamento de asistencia al cliente de Skeletal Dynamics.

Instrucciones de limpieza:

La limpieza debe comenzar en el punto de uso antes del procesamiento. Mantenga los instrumentos húmedos después de usarlos para evitar que la suciedad se seque sobre ellos. Se utilizó un detergente enzimático (Enzol) para validar el proceso de limpieza.

1. "Desmonte" los instrumentos, si corresponde.
2. Enjuague bien todos los componentes, incluidos los instrumentos, la bandeja de esterilización y los componentes de la bandeja, con agua corriente fría del grifo. Mientras enjuaga, use un cepillo de cerdas suaves para aflojar y eliminar la mayor cantidad posible de suciedad visible de los componentes.
3. Remoje todos los componentes en un limpiador enzimático neutro durante un mínimo de diez (10) minutos. Los componentes deben estar completamente sumergidos en el limpiador. Siga las instrucciones del fabricante del limpiador para su preparación y siempre que se recomienden tiempos de exposición más prolongados.
4. Enjuague bien todos los componentes con agua fría corriente. Mientras enjuaga, use cepillos de cerdas suaves, pipetas o agua corriente a presión para limpiar los lúmenes, los orificios y otras áreas de difícil acceso.
5. Frote manualmente todos los componentes a fondo con un limpiador enzimático de pH neutro, limpio y recién preparado, utilizando cepillos de cerdas suaves o pipetas. Todos los lúmenes, orificios, componentes con bisagras, superficies de contacto, hendiduras y componentes problemáticos se deben fregar a fondo. Active todas las funciones móviles y esponja todas las áreas al limpiador y al cepillo o pipeta.

6. Enjuague bien todos los componentes con agua de ósmosis inversa/desionizada (RO/DI); usando pipetas o corriente de agua con presión suficiente para limpiar lúmenes, orificios y otras áreas difíciles de alcanzar. Active todas las funciones móviles para irrigar completamente todas las áreas.
7. Inspeccione visualmente todos los componentes en busca de suciedad. Repita el procedimiento de limpieza hasta que no quede suciedad visible en los componentes.
8. Realice un enjuague final de todos los componentes utilizando ósmosis inversa o agua destilada.
9. Seque los componentes limpios con aire comprimido o un paño limpio, suave y libre de pelusas.

Esterilización:

El set de placas para el húmero de Skeletal Dynamics se proporciona sin esterilizar. Este equipo se provee para su esterilización por vapor en el centro de atención médica del usuario.

1. Coloque todos los componentes y accesorios en las áreas designadas de la bandeja de esterilización. No acumule las bandejas durante la esterilización.
2. La esterilización por vapor puede lograrse utilizando uno de los ciclos que se muestran a continuación.

Tipo de Ciclo	Temperatura	Duración	Tiempo de Secado
Autoclave Pre-vacío	132°C (270°F)	4 minutos (envuelto)	40 minutos
Autoclave Pre-vacío	134°C (273°F)	3 minutos (envuelto)	40 minutos

Siga ANSI/AAMI ST79, Guía completa para la esterilización por vapor y la garantía de esterilidad en los centros de atención médica.

- No se recomienda la esterilización por vapor para uso inmediato (IUSS).
- Se requiere el uso de una envoltura aprobada por la FDA.
- La esterilización posterior del instrumento debe realizarse en el sistema de bandejas que se proporciona. Para su reutilización y esterilización, los instrumentos deben colocarse dentro de las bandejas del sistema suministradas por la empresa y de la manera indicada.

Manejo y almacenamiento:

Cuando no esté en uso, guarde el set de placas para el húmero limpio y desinfectado dentro de la bandeja de esterilización. Guarde en un lugar fresco y seco y manténgalo alejado de la luz solar directa.

Antes del uso, inspeccione la instrumentación para verificar su capacidad de servicio.

Siempre que sea posible, se deben realizar comprobaciones funcionales:

1. Se debe verificar que los dispositivos con acoplamiento estén bien ensamblados.
2. Los dispositivos reutilizables con partes móviles deben operarse para verificar que funcionen correctamente (se puede aplicar un lubricante de grado médico adecuado para la esterilización por vapor según sea necesario).
3. Debe comprobarse la rectitud de los instrumentos giratorios (p. ej., brocas, escariadores). Esto se puede lograr haciendo rodar el instrumento sobre una superficie plana.

Nota:

La vida útil de estos dispositivos depende de muchos factores que incluyen, entre otros, el método y la duración de cada uso y el manejo de los dispositivos entre usos. La inspección rutinaria y cuidadosa y las pruebas funcionales del dispositivo son el mejor método para determinar la vida útil del dispositivo médico.

Descargo de responsabilidad y recursos limitados:

Skeletal Dynamics no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, sobre los productos descritos en esta publicación. Skeletal Dynamics no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por daños directos, incidentales o consecuentes que no sean los expresamente previstos por la ley específica. Ninguna persona tiene autoridad para obligar a Skeletal Dynamics a ninguna representación o garantía, excepto como se establece específicamente en esta publicación. Las descripciones o especificaciones proporcionadas por Skeletal Dynamics en cualquier publicación sólo se incluyen para describir en general el producto cuando se fabrica y no constituyen ninguna garantía expresa.



Centro de Asistencia al Cliente
Skeletal Dynamics



Emergo Europe.
Westervoortsdijk 60.

7300 N. Kendall Dr. / Suite 800
Miami, FL 33156
1-877-753-5396

6827 AT, Amhem.
Países Bajos.



Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

Distal Humerus Plates ¹	
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 75mm, Right DHPF-MDR-3HL (01)00841506129150  (01) 00841506129150	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 75mm, Left DHPF-MDL-3HL (01)00841506129167  (01) 00841506129167
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 105mm, Right DHPF-MDR-5HL (01)00841506129174  (01) 00841506129174	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 105mm, Left DHPF-MDL-5HL (01)00841506129181  (01) 00841506129181
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 135mm, Right DHPF-MDR-6HL (01)00841506129198  (01) 00841506129198	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 135mm, Left DHPF-MDL-6HL (01)00841506129204  (01) 00841506129204
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 165mm, Right DHPF-MDR-8HL (01)00841506129211  (01) 00841506129211	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Medial Direct, 165mm, Left DHPF-MDL-8HL (01)00841506129228  (01) 00841506129228
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Direct, 85mm, Right DHPF-LDR-3HL (01)00841506129235  (01) 00841506129235	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Direct, 85mm, Left DHPF-LDL-3HL (01)00841506129242  (01) 00841506129242
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Direct, 115mm, Right DHPF-LDR-5HL (01)00841506129259  (01) 00841506129259	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Direct, 115mm, Left DHPF-LDL-5HL (01)00841506129266  (01) 00841506129266
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 85mm, Right DHPF-LHR-3HL (01)00841506129273  (01) 00841506129273	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 85mm, Left DHPF-LHL-3HL (01)00841506129280  (01) 00841506129280
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 115mm, Right DHPF-LHR-5HL (01)00841506129297  (01) 00841506129297	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 115mm, Left DHPF-LHL-5HL (01)00841506129303  (01) 00841506129303
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 145mm, Right DHPF-LHR-7HL (01)00841506129310  (01) 00841506129310	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 145mm, Left DHPF-LHL-7HL (01)00841506129327  (01) 00841506129327
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 175mm, Right DHPF-LHR-9HL (01)00841506129334  (01) 00841506129334	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Helical, 175mm, Left DHPF-LHL-9HL (01)00841506129341  (01) 00841506129341
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 70mm, Right DHPF-LCR-3HL (01)00841506129358  (01) 00841506129358	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 70mm, Left DHPF-LCL-3HL (01)00841506129365  (01) 00841506129365
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 100mm, Right DHPF-LCR-5HL (01)00841506129372  (01) 00841506129372	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 100mm, Left DHPF-LCL-5HL (01)00841506129389  (01) 00841506129389

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 130mm, Right DHPF-LCR-7HL (01)00841506129396	 (01) 00841506129396	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 130mm, Left DHPF-LCL-7HL (01)00841506129402	 (01) 00841506129402
FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 160mm, Right DHPF-LCR-9HL (01)00841506129419	 (01) 00841506129419	FreeFix™, Distal Humerus Plate, Lateral Capitellar, 160mm, Left DHPF-LCL-9HL (01)00841506129426	 (01) 00841506129426
Supracondylar Plates¹			
Distal Humerus Plate, Supracondylar, 142mm, Right SCR-142 (01)00841506110264	 (01) 00841506110264	Distal Humerus Plate, Supracondylar, 142mm, Left SCL-142 (01)00841506110271	 (01) 00841506110271
Distal Humerus Plate, Supracondylar, 185mm, Right SCR-185 (01)00841506132358	 (01) 00841506132358	Distal Humerus Plate, Supracondylar, 185mm, Left SCL-185 (01)00841506132365	 (01) 00841506132365
Distal Humerus Plate, Supracondylar, 196mm, Right SCR-196 (01)00841506110288	 (01) 00841506110288	Distal Humerus Plate, Supracondylar, 196mm, Left SCL-196 (01)00841506110295	 (01) 00841506110295
Distal Humerus Plate, Supracondylar, 224mm, Right SCR-224 (01)00841506132372	 (01) 00841506132372	Distal Humerus Plate, Supracondylar, 224mm, Left SCL-224 (01)00841506132389	 (01) 00841506132389
Distal Humerus Plate, Supracondylar, 250mm, Right SCR-250 (01)00841506110301	 (01) 00841506110301	Distal Humerus Plate, Supracondylar, 250mm, Left SCL-250 (01)00841506110318	 (01) 00841506110318
Midshaft Humerus Plates¹			
Midshaft Humerus Plate, Broad 136mm MHB-136 (01)00841506111476	 (01) 00841506111476	Midshaft Humerus Plate, Broad 172mm MHB-172 (01)00841506111483	 (01) 00841506111483
Midshaft Humerus Plate, Broad 208mm MHB-208 (01)00841506111490	 (01) 00841506111490	Midshaft Humerus Plate, Broad 244mm MHB-244 (01)00841506111506	 (01) 00841506111506
Midshaft Humerus Plate, Narrow 136mm MHN-136 (01)00841506111513	 (01) 00841506111513	Midshaft Humerus Plate, Narrow 172mm MHN-172 (01)00841506111520	 (01) 00841506111520
Midshaft Humerus Plate, Narrow 208mm MHN-208 (01)00841506111537	 (01) 00841506111537	Midshaft Humerus Plate, Narrow 244mm MHN-244 (01)00841506111544	 (01) 00841506111544
Proximal Ulna Plates¹			
Proximal Ulna Plate, 73mm, Right APL-PUP-3HR (01)00841506105772	 (01) 00841506105772	Proximal Ulna Plate, 73mm, Left APL-PUP-3HL (01)00841506105789	 (01) 00841506105789
TiBeam™¹			

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Female TCS-F (01)00841506110363  (01)00841506110363	TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Locking Cap TCS-LC (01)00841506110462  (01)00841506110462
TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 40mm TCS-M-40 (01)00841506110370  (01)00841506110370	TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 65mm TCS-M-65 (01)00841506110424  (01)00841506110424
TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 45mm TCS-M-45 (01)00841506110387  (01)00841506110387	TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 70mm TCS-M-70 (01)00841506110431  (01)00841506110431
TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 50mm TCS-M-50 (01)00841506110394  (01)00841506110394	TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 75mm TCS-M-75 (01)00841506110448  (01)00841506110448
TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 55mm TCS-M-55 (01)00841506110400  (01)00841506110400	TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 80mm TCS-M-80 (01)00841506110455  (01)00841506110455
TiBeam™, Trochlea Compression Screw, Male, 60mm TCS-M-60 (01)00841506110417  (01)00841506110417	
3.5mm Screw, Distal Trochlea, Compression¹	
Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 20mm, Ti DTCS-35020 (01)00841506117904  (01)00841506117904	Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 55mm, Ti DTCS-35055 (01)00841506115641  (01)00841506115641
Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 25mm, Ti DTCS-35025 (01)00841506117911  (01)00841506117911	Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 60mm, Ti DTCS-35060 (01)00841506115658  (01)00841506115658
Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 30mm, Ti DTCS-35030 (01)00841506117928  (01)00841506117928	Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 65mm, Ti DTCS-35065 (01)00841506115665  (01)00841506115665
Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 35mm, Ti DTCS-35035 (01)00841506117935  (01)00841506117935	Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 70mm, Ti DTCS-35070 (01)00841506115672  (01)00841506115672
Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 40mm, Ti DTCS-35040 (01)00841506115610  (01)00841506115610	Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 75mm, Ti DTCS-35075 (01)00841506115689  (01)00841506115689
Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 45mm, Ti DTCS-35045 (01)00841506115627  (01)00841506115627	Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 80mm, Ti DTCS-35080 (01)00841506115696  (01)00841506115696
Distal Trochlea Compression Screw, 3.5mm x 50mm, Ti DTCS-35050 (01)00841506115634  (01)00841506115634	

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set

Inventory Control Sheet

3.5mm Multi-Thread Screws, Locking ¹		3.5mm Multi-Thread Screws, Compression ¹	
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 10mm, Ti MTLS-35100-TS (01)00841506106670	 (01) 00841506106670	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 10mm, Ti MTNL-35100-TS (01)00841506106885	 (01) 00841506106885
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 12mm, Ti MTLS-35120-TS (01)00841506106687	 (01) 00841506106687	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 12mm, Ti MTNL-35120-TS (01)00841506106892	 (01) 00841506106892
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 14mm, Ti MTLS-35140-TS (01)00841506106694	 (01) 00841506106694	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 14mm, Ti MTNL-35140-TS (01)00841506106908	 (01) 00841506106908
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 16mm, Ti MTLS-35160-TS (01)00841506106700	 (01) 00841506106700	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 16mm, Ti MTNL-35160-TS (01)00841506106915	 (01) 00841506106915
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 18mm, Ti MTLS-35180-TS (01)00841506106717	 (01) 00841506106717	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 18mm, Ti MTNL-35180-TS (01)00841506106922	 (01) 00841506106922
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 20mm, Ti MTLS-35200-TS (01)00841506106724	 (01) 00841506106724	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 20mm, Ti MTNL-35200-TS (01)00841506106939	 (01) 00841506106939
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 22mm, Ti MTLS-35220-TS (01)00841506106731	 (01) 00841506106731	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 22mm, Ti MTNL-35220-TS (01)00841506106946	 (01) 00841506106946
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 24mm, Ti MTLS-35240-TS (01)00841506106748	 (01) 00841506106748	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 24mm, Ti MTNL-35240-TS (01)00841506106953	 (01) 00841506106953
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 26mm, Ti MTLS-35260-TS (01)00841506106755	 (01) 00841506106755	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 26mm, Ti MTNL-35260-TS (01)00841506106960	 (01) 00841506106960
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 28mm, Ti MTLS-35280-TS (01)00841506106762	 (01) 00841506106762	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 28mm, Ti MTNL-35280-TS (01)00841506106977	 (01) 00841506106977
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 30mm, Ti MTLS-35300-TS (01)00841506106779	 (01) 00841506106779	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 30mm, Ti MTNL-35300-TS (01)00841506106984	 (01) 00841506106984
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 32mm, Ti MTLS-35320-TS (01)00841506106786	 (01) 00841506106786	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 32mm, Ti MTNL-35320-TS (01)00841506106991	 (01) 00841506106991
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 34mm, Ti MTLS-35340-TS (01)00841506106793	 (01) 00841506106793	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 34mm, Ti MTNL-35340-TS (01)00841506107004	 (01) 00841506107004

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 36mm, Ti MTLS-35360-TS (01)00841506106809  (01) 00841506106809	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 36mm, Ti MTNL-35360-TS (01)00841506107011  (01) 00841506107011
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 38mm, Ti MTLS-35380-TS (01)00841506106816  (01) 00841506106816	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 38mm, Ti MTNL-35380-TS (01)00841506107028  (01) 00841506107028
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 40mm, Ti MTLS-35400-TS (01)00841506106823  (01) 00841506106823	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 40mm, Ti MTNL-35400-TS (01)00841506107035  (01) 00841506107035
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 42mm, Ti MTLS-35420-TS (01)00841506117942  (01) 00841506117942	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 42mm, Ti MTNL-35420-TS (01)00841506117980  (01) 00841506117980
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 44mm, Ti MTLS-35440-TS (01)00841506117959  (01) 00841506117959	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 44mm, Ti MTNL-35440-TS (01)00841506117997  (01) 00841506117997
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 46mm, Ti MTLS-35460-TS (01)00841506117966  (01) 00841506117966	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 46mm, Ti MTNL-35460-TS (01)00841506118000  (01) 00841506118000
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 48mm, Ti MTLS-35480-TS (01)00841506117973  (01) 00841506117973	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 48mm, Ti MTNL-35480-TS (01)00841506118017  (01) 00841506118017
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 50mm, Ti MTLS-35500-TS (01)00841506106847  (01) 00841506106847	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 50mm, Ti MTNL-35500-TS (01)00841506107059  (01) 00841506107059
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 55mm, Ti MTLS-35550-TS (01)00841506106854  (01) 00841506106854	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 55mm, Ti MTNL-35550-TS (01)00841506107066  (01) 00841506107066
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 60mm, Ti MTLS-35600-TS (01)00841506106861  (01) 00841506106861	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 60mm, Ti MTNL-35600-TS (01)00841506107073  (01) 00841506107073
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 65mm, Ti MTLS-35650-TS (01)00841506107196  (01) 00841506107196	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 65mm, Ti MTNL-35650-TS (01)00841506107202  (01) 00841506107202
Screw, Multi-Thread Locking, 3.5mm x 70mm, Ti MTLS-35700-TS (01)00841506106878  (01) 00841506106878	Screw, Multi-Thread Compression, 3.5mm x 70mm, Ti MTNL-35700-TS (01)00841506107080  (01) 00841506107080
2.7mm Multi-Thread Screws, Locking¹	
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 10mm, Ti MTLS-27100-TS (01)00841506110516  (01) 00841506110516	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 10mm, Ti MTNL-27100-TS (01)00841506110745  (01) 00841506110745

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set

Inventory Control Sheet

Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 12mm, Ti MTLS-27120-TS (01)00841506110523  (01) 00841506110523	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 12mm, Ti MTNL-27120-TS (01)00841506110752  (01) 00841506110752
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 14mm, Ti MTLS-27140-TS (01)00841506110530  (01) 00841506110530	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 14mm, Ti MTNL-27140-TS (01)00841506110769  (01) 00841506110769
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 16mm, Ti MTLS-27160-TS (01)00841506110547  (01) 00841506110547	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 16mm, Ti MTNL-27160-TS (01)00841506110776  (01) 00841506110776
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 18mm, Ti MTLS-27180-TS (01)00841506110554  (01) 00841506110554	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 18mm, Ti MTNL-27180-TS (01)00841506110783  (01) 00841506110783
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 20mm, Ti MTLS-27200-TS (01)00841506110561  (01) 00841506110561	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 20mm, Ti MTNL-27200-TS (01)00841506110790  (01) 00841506110790
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 22mm, Ti MTLS-27220-TS (01)00841506110578  (01) 00841506110578	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 22mm, Ti MTNL-27220-TS (01)00841506110806  (01) 00841506110806
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 24mm, Ti MTLS-27240-TS (01)00841506110585  (01) 00841506110585	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 24mm, Ti MTNL-27240-TS (01)00841506110813  (01) 00841506110813
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 26mm, Ti MTLS-27260-TS (01)00841506110592  (01) 00841506110592	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 26mm, Ti MTNL-27260-TS (01)00841506110820  (01) 00841506110820
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 28mm, Ti MTLS-27280-TS (01)00841506110608  (01) 00841506110608	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 28mm, Ti MTNL-27280-TS (01)00841506110837  (01) 00841506110837
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 30mm, Ti MTLS-27300-TS (01)00841506110615  (01) 00841506110615	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 30mm, Ti MTNL-27300-TS (01)00841506110844  (01) 00841506110844
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 32mm, Ti MTLS-27320-TS (01)00841506110622  (01) 00841506110622	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 32mm, Ti MTNL-27320-TS (01)00841506110851  (01) 00841506110851
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 34mm, Ti MTLS-27340-TS (01)00841506110639  (01) 00841506110639	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 34mm, Ti MTNL-27340-TS (01)00841506110868  (01) 00841506110868
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 36mm, Ti MTLS-27360-TS (01)00841506110646  (01) 00841506110646	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 36mm, Ti MTNL-27360-TS (01)00841506110875  (01) 00841506110875

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set

Inventory Control Sheet

Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 38mm, Ti MTLS-27380-TS (01)00841506110653  (01) 00841506110653	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 38mm, Ti MTNL-27380-TS (01)00841506110882  (01) 00841506110882
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 40mm, Ti MTLS-27400-TS (01)00841506110660  (01) 00841506110660	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 40mm, Ti MTNL-27400-TS (01)00841506110899  (01) 00841506110899
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 42mm, Ti MTLS-27420-TS (01)00841506118024  (01) 00841506118024	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 42mm, Ti MTNL-27420-TS (01)00841506118062  (01) 00841506118062
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 44mm, Ti MTLS-27440-TS (01)00841506118031  (01) 00841506118031	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 44mm, Ti MTNL-27440-TS (01)00841506118079  (01) 00841506118079
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 46mm, Ti MTLS-27460-TS (01)00841506118048  (01) 00841506118048	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 46mm, Ti MTNL-27460-TS (01)00841506118086  (01) 00841506118086
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 48mm, Ti MTLS-27480-TS (01)00841506118055  (01) 00841506118055	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 48mm, Ti MTNL-27480-TS (01)00841506118093  (01) 00841506118093
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 50mm, Ti MTLS-27500-TS (01)00841506110684  (01) 00841506110684	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 50mm, Ti MTNL-27500-TS (01)00841506110912  (01) 00841506110912
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 55mm, Ti MTLS-27550-TS (01)00841506110691  (01) 00841506110691	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 55mm, Ti MTNL-27550-TS (01)00841506110929  (01) 00841506110929
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 60mm, Ti MTLS-27600-TS (01)00841506110707  (01) 00841506110707	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 60mm, Ti MTNL-27600-TS (01)00841506110936  (01) 00841506110936
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 65mm, Ti MTLS-27650-TS (01)00841506110714  (01) 00841506110714	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 65mm, Ti MTNL-27650-TS (01)00841506110943  (01) 00841506110943
Screw, Multi-Thread, Locking, 2.7mm x 70mm, Ti MTLS-27700-TS (01)00841506110721  (01) 00841506110721	Screw, Multi-Thread, Compression, 2.7mm x 70mm, Ti MTNL-27700-TS (01)00841506110950  (01) 00841506110950
Smooth Peg, Locking, 2.7mm x 10mm, Ti SPLS-27100-TS (01)00841506112534  (01) 00841506112534	
3.5mm Screw, FreeFix™ Compression¹ 3.5mm Screw, FreeFix™ Locking¹	
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 14mm, Ti FFC-35140-TS (01)00841506129976  (01) 00841506129976	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 14mm, Ti FFL-35140-TS (01)00841506129983  (01) 00841506129983

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 16mm, Ti FFC-35160-TS (01)00841506130293  (01) 00841506130293	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 16mm, Ti FFL-35160-TS (01)00841506130064  (01) 00841506130064
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 18mm, Ti FFC-35180-TS (01)00841506130316  (01) 00841506130316	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 18mm, Ti FFL-35180-TS (01)00841506130088  (01) 00841506130088
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 20mm, Ti FFC-35200-TS (01)00841506130323  (01) 00841506130323	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 20mm, Ti FFL-35200-TS (01)00841506130095  (01) 00841506130095
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 22mm, Ti FFC-35220-TS (01)00841506130330  (01) 00841506130330	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 22mm, Ti FFL-35220-TS (01)00841506130101  (01) 00841506130101
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 24mm, Ti FFC-35240-TS (01)00841506130347  (01) 00841506130347	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 24mm, Ti FFL-35240-TS (01)00841506130118  (01) 00841506130118
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 26mm, Ti FFC-35260-TS (01)00841506130354  (01) 00841506130354	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 26mm, Ti FFL-35260-TS (01)00841506130125  (01) 00841506130125
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 28mm, Ti FFC-35280-TS (01)00841506130361  (01) 00841506130361	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 28mm, Ti FFL-35280-TS (01)00841506130132  (01) 00841506130132
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 30mm, Ti FFC-35300-TS (01)00841506130378  (01) 00841506130378	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 30mm, Ti FFL-35300-TS (01)00841506130149  (01) 00841506130149
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 32mm, Ti FFC-35320-TS (01)00841506130385  (01) 00841506130385	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 32mm, Ti FFL-35320-TS (01)00841506130156  (01) 00841506130156
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 34mm, Ti FFC-35340-TS (01)00841506130392  (01) 00841506130392	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 34mm, Ti FFL-35340-TS (01)00841506130163  (01) 00841506130163
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 36mm, Ti FFC-35360-TS (01)00841506130408  (01) 00841506130408	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 36mm, Ti FFL-35360-TS (01)00841506130170  (01) 00841506130170
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 38mm, Ti FFC-35380-TS (01)00841506130415  (01) 00841506130415	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 38mm, Ti FFL-35380-TS (01)00841506130187  (01) 00841506130187
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 40mm, Ti FFC-35400-TS (01)00841506130422  (01) 00841506130422	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 40mm, Ti FFL-35400-TS (01)00841506130194  (01) 00841506130194

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 42mm, Ti FFC-35420-TS (01)00841506130439  (01) 00841506130439	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 42mm, Ti FFL-35420-TS (01)00841506130200  (01) 00841506130200
Screw, FreeFix™ Compression, 3.5mm x 44mm, Ti FFC-35440-TS (01)00841506130446  (01) 00841506130446	Screw, FreeFix™ Locking, 3.5mm x 44mm, Ti FFL-35440-TS (01)00841506130217  (01) 00841506130217
3.0mm Polyaxial Locking Screws, Cannulated¹	
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 10mm Cannulated, CoCr PALS-30100-CC (01)00841506127781  (01) 00841506127781	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 36mm Cannulated, CoCr PALS-30360-CC (01)00841506107165  (01) 00841506107165
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 12mm Cannulated, CoCr PALS-30120-CC (01)00841506127798  (01) 00841506127798	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 38mm Cannulated, CoCr PALS-30380-CC (01)00841506107172  (01) 00841506107172
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 14mm Cannulated, CoCr PALS-30140-CC (01)00841506127804  (01) 00841506127804	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 40mm Cannulated, CoCr PALS-30400-CC (01)00841506107189  (01) 00841506107189
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 16mm Cannulated, CoCr PALS-30160-CC (01)00841506127811  (01) 00841506127811	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 42mm Cannulated, CoCr PALS-30420-CC (01)00841506110981  (01) 00841506110981
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 18mm Cannulated, CoCr PALS-30180-CC (01)00841506127828  (01) 00841506127828	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 44mm Cannulated, CoCr PALS-30440-CC (01)00841506110998  (01) 00841506110998
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 20mm Cannulated, CoCr PALS-30200-CC (01)00841506106595  (01) 00841506106595	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 46mm Cannulated, CoCr PALS-30460-CC (01)00841506111001  (01) 00841506111001
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 22mm Cannulated, CoCr PALS-30220-CC (01)00841506107097  (01) 00841506107097	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 48mm Cannulated, CoCr PALS-30480-CC (01)00841506111018  (01) 00841506111018
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 24mm Cannulated, CoCr PALS-30240-CC (01)00841506107103  (01) 00841506107103	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 50mm Cannulated, CoCr PALS-30500-CC (01)00841506111025  (01) 00841506111025
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 26mm Cannulated, CoCr PALS-30260-CC (01)00841506107110  (01) 00841506107110	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 55mm Cannulated, CoCr PALS-30550-CC (01)00841506117782  (01) 00841506117782
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 28mm Cannulated, CoCr PALS-30280-CC (01)00841506107127  (01) 00841506107127	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 60mm Cannulated, CoCr PALS-30600-CC (01)00841506111070  (01) 00841506111070
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 30mm Cannulated, CoCr PALS-30300-CC (01)00841506107134  (01) 00841506107134	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 65mm Cannulated, CoCr PALS-30650-CC (01)00841506117799  (01) 00841506117799

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 32mm Cannulated, CoCr PALS-30320-CC (01)00841506107141  (01) 00841506107141	Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 70mm Cannulated, CoCr PALS-30700-CC (01)00841506117805  (01) 00841506117805
Screw, Polyaxial Locking, 3.0mm x 34mm Cannulated, CoCr PALS-30340-CC (01)00841506107158  (01) 00841506107158	
4.5mm Screw, FreeFix™ Locking¹	
Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 14mm, Ti FFL-45140-TS (01)00841506129655  (01) 00841506129655	Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 26mm, Ti FFL-45260-TS (01)00841506129716  (01) 00841506129716
Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 16mm, Ti FFL-45160-TS (01)00841506129662  (01) 00841506129662	Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 28mm, Ti FFL-45280-TS (01)00841506129723  (01) 00841506129723
Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 18mm, Ti FFL-45180-TS (01)00841506129679  (01) 00841506129679	Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 30mm, Ti FFL-45300-TS (01)00841506129730  (01) 00841506129730
Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 20mm, Ti FFL-45200-TS (01)00841506129686  (01) 00841506129686	Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 32mm, Ti FFL-45320-TS (01)00841506129747  (01) 00841506129747
Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 22mm, Ti FFL-45220-TS (01)00841506129693  (01) 00841506129693	Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 34mm, Ti FFL-45340-TS (01)00841506129754  (01) 00841506129754
Screw, FreeFix™ Locking, 4.5mm x 24mm, Ti FFL-45240-TS (01)00841506129709  (01) 00841506129709	
4.5mm Screw, FreeFix™ Compression¹	
Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 14mm, Ti FFC-45140-TS (01)00841506129822  (01) 00841506129822	Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 28mm, Ti FFC-45280-TS (01)00841506129891  (01) 00841506129891
Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 16mm, Ti FFC-45160-TS (01)00841506129839  (01) 00841506129839	Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 30mm, Ti FFC-45300-TS (01)00841506129907  (01) 00841506129907
Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 18mm, Ti FFC-45180-TS (01)00841506129846  (01) 00841506129846	Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 32mm, Ti FFC-45320-TS (01)00841506129914  (01) 00841506129914
Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 20mm, Ti FFC-45200-TS (01)00841506129853  (01) 00841506129853	Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 34mm, Ti FFC-45340-TS (01)00841506129921  (01) 00841506129921

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set Inventory Control Sheet

Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 22mm, Ti FFC-45220-TS (01)00841506129860  (01) 00841506129860	Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 36mm, Ti FFC-45360-TS (01)00841506129938  (01) 00841506129938
Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 24mm, Ti FFC-45240-TS (01)00841506129877  (01) 00841506129877	Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 38mm, Ti FFC-45380-TS (01)00841506129945  (01) 00841506129945
Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 26mm, Ti FFC-45260-TS (01)00841506129884  (01) 00841506129884	Screw, FreeFix™ Compression, 4.5mm x 40mm, Ti FFC-45400-TS (01)00841506129952  (01) 00841506129952
PROTEAN Plates¹	
Assembled, PROTEAN Fragment Plate, Double Hockey Stick PRT-FSP-LR (01)00841506102917  (01) 00841506102917	Assembled, PROTEAN Fragment Plate, Y PRT-FSP-YS (01)00841506102931  (01) 00841506102931
2.7mm Threaded Peg, Cortical Non-Locking¹	2.3mm Threaded Peg, Fluted, Locking¹
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 10mm, Ti PANL-27100-TS (01)00841506105970  (01) 00841506105970	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 10mm, Ti TPFL-23100-TS (01)00841506104713  (01) 00841506104713
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 12mm, Ti PANL-27120-TS (01)00841506105987  (01) 00841506105987	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 12mm, Ti TPFL-23120-TS (01)00841506104720  (01) 00841506104720
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 14mm, Ti PANL-27140-TS (01)00841506105994  (01) 00841506105994	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 14mm, Ti TPFL-23140-TS (01)00841506104737  (01) 00841506104737
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 16mm, Ti PANL-27160-TS (01)00841506106007  (01) 00841506106007	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 16mm, Ti TPFL-23160-TS (01)00841506104744  (01) 00841506104744
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 18mm, Ti PANL-27180-TS (01)00841506106014  (01) 00841506106014	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 18mm, Ti TPFL-23180-TS (01)00841506104751  (01) 00841506104751
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 20mm, Ti PANL-27200-TS (01)00841506106021  (01) 00841506106021	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 20mm, Ti TPFL-23200-TS (01)00841506104775  (01) 00841506104775
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 22mm, Ti PANL-27220-TS (01)00841506106038  (01) 00841506106038	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 22mm, Ti TPFL-23220-TS (01)00841506104799  (01) 00841506104799
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 24mm, Ti PANL-27240-TS (01)00841506106045  (01) 00841506106045	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 24mm, Ti TPFL-23240-TS (01)00841506104812  (01) 00841506104812

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set

Inventory Control Sheet

Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 26mm, Ti PANL-27260-TS (01)00841506106052  (01) 00841506106052	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 26mm, Ti TPFL-23260-TS (01)00841506104829  (01) 00841506104829
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 28mm, Ti PANL-27280-TS (01)00841506106069  (01) 00841506106069	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 28mm, Ti TPFL-23280-TS (01)00841506104836  (01) 00841506104836
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 30mm, Ti PANL-27300-TS (01)00841506106076  (01) 00841506106076	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 30mm, Ti TPFL-23300-TS (01)00841506104843  (01) 00841506104843
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 32mm, Ti PANL-27320-TS (01)00841506106083  (01) 00841506106083	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 32mm, Ti TPFL-23320-TS (01)00841506104850  (01) 00841506104850
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 36mm, Ti PANL-27360-TS (01)00841506106106  (01) 00841506106106	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 36mm, Ti TPFL-23360-TS (01)00841506104874  (01) 00841506104874
Threaded Peg, Cortical Non-Locking, 2.7mm x 40mm, Ti PANL-27400-TS (01)00841506106120  (01) 00841506106120	Threaded Peg, Fluted, Locking, 2.3mm x 40mm, Ti TPFL-23400-TS (01)00841506107325  (01) 00841506107325
Washer, Button (Bronze) WBTN-HCLP (01)00841506105963  (01) 00841506105963	
Disposable (Single Use) Instruments¹	
K-Wire, Single Diamond, 1.5mm x 127mm KWIR-SD-15127 (01)00841506117850  (01) 00841506117850	K-Wire, Single Diamond, 2.0 mm x 152 mm KWIR-SD-20152 (01)00841506116341  (01) 00841506116341
K-Wire, Standard Diamond Tip with Stop, 2.0 mm x 152 mm KWIR-SDS-20152 (01)00841506117836  (01) 00841506117836	K-Wire, Standard Tip, HPS PLS, 1.1 mm x 152 mm KWIR-HPS-PLS (01)00841506117812  (01) 00841506117812
K-Wire, Standard Tip, HPS PLS, 1.1 mm x 229 mm KWIR-PLS-11229 (01)00841506129600  (01) 00841506129600	K-Wire, Single Diamond Trocar, 1.5 mm x 229 mm KWIR-SD-15229 (01)00841506131047  (01) 00841506114729
Reusable Instruments²	
AIMing Guides, 1.5mm PDG-AIM-015 (01)00841506102870  (01) 00841506102870	PLS AIMing Guide, 1.1mm x 10° PDG-AIM-011 (01)00841506106625  (01) 00841506106625
AIMing Guides, 2.0mm Snap Fit PDG-AIM-20SF (01)00841506117843  (01) 00841506117843	

Skeletal Dynamics Humeral Fixation Set

Inventory Control Sheet

CE
1 2797

2 **CE**