

Skeletal Dynamics, Sistema de Placas para Acortamiento Cubital

INSTRUCCIONES DE USO

R: Para uso médico solamente. Advertencia: La ley federal de los Estados Unidos restringe el uso y venta de este dispositivo sólo por médicos o por orden médica.

El no seguir las indicaciones, puede ser causa de lesiones al paciente.

Este prospecto está diseñado para proporcionar instrucciones de uso del sistema de placas de acortamiento cubital; no es una referencia a técnicas quirúrgicas.

Antes de usar cada sistema en el Sistema de placas de acortamiento cubital, el cirujano debe familiarizarse con toda la información contenida en este folleto.

Descripción:

El sistema de placas de acortamiento cubital de Skeletal Dynamics consta de las siguientes configuraciones de placas:

1. Placas de acortamiento para cúbito distal
2. Placas de acortamiento para cúbito proximal
3. Tornillos, alambres de Kirschner e instrumental especializado

Placas para Acortamiento Cubital Distal

Las placas de acortamiento para cúbito distal de Skeletal Dynamics son de aleación de titanio diseñadas para la fijación de fracturas, osteotomías y pseudoartrosis del cúbito distal.

Las placas de acortamiento para cúbito distal están disponibles en dos longitudes y en configuraciones izquierda y derecha

Placas para Acortamiento Cubital Proximal

Las placas de acortamiento para cúbito proximal de Skeletal Dynamics son placas de aleación de titanio diseñadas para la fijación de fracturas, osteotomías y pseudoartrosis del cúbito.

Las placas de acortamiento cubital proximal están disponibles en dos longitudes.

Indicaciones para el uso:

El sistema de placas de acortamiento cubital Skeletal Dynamics está indicado para fracturas y osteotomías, en particular para el cúbito.

Contraindicaciones:

Previo al uso del sistema, cerciórese de que no esté presente ninguna de las siguientes condiciones en el paciente: infección activa o latente, sepsis, osteoporosis, cantidad o calidad insuficiente de hueso y/o tejido blando, sensibilidad del material (si se sospecha sensibilidad, se realizan pruebas de alergia y/o intolerancia antes de la implantación), o pacientes que no sigan o sean incapaces de seguir las instrucciones de cuidados postoperatorios. El sistema no debe utilizarse en pacientes pediátricos o pacientes con placas de crecimiento abiertas.

Advertencias y precauciones generales:

- La información de este documento debe de ser compartida con el paciente. El paciente debe ser informado sobre la importancia de seguir la rehabilitación posoperatoria prescrita para comprender plenamente las posibles limitaciones en las actividades de la vida diaria. Debe de advertirse al paciente que el incumplimiento de las instrucciones de cuidados postoperatorios puede provocar el fracaso del implante o del tratamiento.

- Debe de advertirse al paciente, preferiblemente por escrito, sobre el uso, las limitaciones y los posibles efectos adversos de este dispositivo, incluida la posibilidad de unión retrasada, falta de unión, falla del dispositivo o del tratamiento como resultado de una fijación no firme.
 - y/o pérdida de fijación, estrés, actividad excesiva o soporte de peso o de carga, y la posibilidad de daño a los nervios o tejidos blandos relacionado con el trauma quirúrgico o la presencia del dispositivo.
 - Pueden ocurrir fallas potenciales de la construcción, como fracturas por estrés de los huesos, pérdida de la fijación del implante y/o fijación, inestabilidad, curación retardada de los tejidos blandos, irritación de los tejidos blandos, fusión retardada, falta de fusión o curación incompleta como resultado del incumplimiento de rehabilitación postoperatoria, actividades excesivas o sobrecarga de construcción.
 - Para un uso eficaz y seguro del implante, el cirujano debe estar completamente familiarizado con la técnica quirúrgica del dispositivo, el implante y los instrumentos asociados. Las fallas potenciales del sistema pueden incluir unión retrasada, falta de unión, aflojamiento de la fijación, migración o falla del dispositivo, fracturas por estrés de los huesos o curación incompleta como resultado de actividad excesiva, sobrecarga o incumplimiento de la rehabilitación postoperatoria.
 - El dispositivo no está diseñado para soportar el estrés de soportar peso, carga o actividad física excesiva. La rotura del dispositivo puede ocurrir cuando el implante se somete a una carga excesiva asociada con la unión retrasada, la falta de unión o la cicatrización del tejido blando. La inserción incorrecta del dispositivo durante la implantación también puede aumentar la posibilidad de aflojamiento o migración.
 - NO reutilice ninguno de los componentes implantables del sistema. La reutilización puede comprometer la integridad estructural de la construcción y/o provocar fallas o infecciones, lo que puede causar lesiones al paciente.
 - Proteja los componentes implantables del sistema contra rayones o melladuras. Tal concentración de tensión puede conducir al fracaso del implante.
 - Antes de usar el sistema, inspeccione todos los implantes e instrumentos en busca de desgaste, desfiguración y daño físico. Si se encuentra evidencia de desgaste, desfiguración o daño físico, NO lo use y comuníquese con su representante local de Skeletal Dynamics o con el Departamento de atención al cliente de Skeletal Dynamics.
 - NO implante de forma permanente los alambres de Kirschner de Skeletal Dynamics; solo están destinados a ser utilizados durante la fijación provisional.
 - El usuario debe manipular las agujas de Kirschner de la forma adecuada durante la inserción y extracción para evitar la lesiones penetrantes o punzantes con las agujas de Kirschner.
 - NO implante de forma permanente las guías de broca precargadas o las guías AIMing; éstas están destinados a ser retiradas antes de la inserción del tornillo.
 - NO utilice longitudes de pasador/clavija/tornillo que sobresalgan excesivamente a través de la cortical opuesta, ya que puede provocar irritación de los tejidos blandos.
 - En la placa distal, evite una longitud excesiva de las clavijas, ya que esto hará que las clavijas violen el espacio de la articulación radiocubital distal (ARCD).
 - NO mezcle componentes de implantes o instrumental específico de diferentes sistemas o fabricantes por razones metalúrgicas, biomecánicas y funcionales.
 - Deseche los implantes e instrumentos contaminados según las pautas y los protocolos establecidos del centro médico.
 - La precisión de los calibres de profundidad, espacio y tornillo está dentro de $\pm 0,25$ mm.
 - Se debe observar cuidado con las interferencias con los marcapasos durante la electrocauterización o con piezas de perforación manuales no certificadas.
 - Busque ayuda médica de inmediato si el implante no funciona correctamente.
 - Los beneficios de la cirugía de implantes pueden no cumplir con las expectativas del paciente o pueden deteriorarse con el tiempo, requiriendo una cirugía de revisión para reemplazar el implante o realizar procedimientos alternos.
 - Debe tener cuidado de no colocar tornillos en la articulación.
 - Para mantener la trazabilidad de los componentes implantables del sistema, registre cada uno de los números de lote de los componentes respectivos en los registros del paciente después de la implantación.
 - Todos los tornillos se deben implantar y apretar por completo para mantener la integridad y la resistencia del dispositivo terminado y la posición establecida intra-operatoriamente. Si los tornillos no están colocados y/o apretados por completo, puede ocurrir una falta de unión, una unión retrasada, una complicación de los tejidos blandos o una falla del montaje.
 - Tenga cuidado al penetrar la cortical opuesta en el cúbito con agujas de Kirschner o taladros, ya que puede provocar lesiones en los nervios.
 - Asegúrese de que haya suficiente espacio disponible para una aplicación adecuada cuando se utilice junto con otros implantes para evitar interferencias. La interferencia con otras prótesis puede provocar el fallo del sistema de placas o complicaciones posoperatorias.
 - Al perforar en el cúbito distal, asegúrese de evitar perforar en las superficies articulares.
 - Se debe tener cuidado al contornear placas. Doblar las placas puede debilitarlas o romperlas.
- No se puede esperar que las placas resistan los niveles de actividad y las cargas del tejido articular y óseo sano normal antes de la cicatrización. La falla del componente puede ocurrir como resultado de la pérdida de fijación, actividad extenuante, desalineación, traumatismo, falta de unión o cargas excesivas.

- Retraiga y proteja el extensor cubital del carpo (extensor carpi ulnaris - ECU) y la rama dorsal del nervio cubital durante la disección inicial.
- Antes de realizar la osteotomía, no utilice un tornillo de bloqueo cortical en la ranura FreeFix para evitar la deformación de las guías de corte. Si lo desea, un tornillo cortical puede reemplazar el tornillo sin bloqueo después de lograr la osteotomía final.
- Proteja el tejido blando mientras corta con la sierra oscilante utilizando los retractores Hohmann que se incluyen en el set.

Eventos adversos potenciales:

Los siguientes riesgos potenciales han asociados con la cirugía: molestias o sensaciones anormales, daño a los nervios, vasos o tejidos blandos, infección, edema o hinchazón, contracturas articulares, reducción o pérdida movimientos, erosión ósea, fractura ósea a través del hueso. orificios, sensibilidad al material, perforación ósea intraoperatoria, rigidez, falta de unión, dolor persistente, disociación, pérdida de fijación o migración de los implantes que da como resultado una mala alineación. Puede producirse una colocación incorrecta, falla del implante, fricción y corrosión en grietas en las interfaces entre los componentes, desgaste y deformación de las superficies articulares. Puede producirse sensibilidad al metal o una reacción histológica, alérgica o adversa a un cuerpo extraño como resultado de la implantación de un material extraño.

Información de seguridad de resonancia magnética (RM):

No se ha evaluado la seguridad y compatibilidad del sistema de placas de acortamiento cubital en el entorno de RM. No ha sido probado para calentamiento, migración o artefactos en la imagen en el entorno de RM. Se desconoce la seguridad del sistema de placas de acortamiento cubital en el entorno de RM. Escanear a un paciente que tiene este dispositivo implantado puede resultar en lesiones al paciente.

Instrucciones de uso:

El sistema sólo debe ser utilizado por cirujanos con experiencia en el uso de este sistema. Cada cirujano debe evaluar la idoneidad para el uso del sistema en base a sus experiencias clínicas.

El cirujano debe seleccionar el tipo y tamaño de implante que mejor se adapte a las necesidades del paciente. Aunque el cirujano es el intermediario médico entre la empresa y el paciente, este documento contiene información médica importante que se debe compartir con el paciente.

Es responsabilidad del cirujano familiarizarse con el procedimiento antes de usar este dispositivo. Así como es responsabilidad del cirujano estar familiarizado con las publicaciones pertinentes sobre el procedimiento antes de su uso. Consulte la(s) Guía(s) de Técnica Quirúrgica para revisar el abordaje quirúrgico según lo descrito por Jorge L. Orbay, M.D. del Miami Hand and Upper Extremity Institute ubicado en Miami, Florida (USA).

Limpieza:

Una vez recibido por las instalaciones del usuario, el sistema de placas de acortamiento cubital debe limpiarse antes de la esterilización. Las instrucciones de limpieza manual recomendadas se establecen a continuación. Otros métodos de limpieza deben ser validados por el usuario.

Limpieza de implantes:

Las placas implantadas, los tornillos y/o los componentes asociados nunca deben reutilizarse. Después de cada uso, los implantes no utilizados deben limpiarse por separado de los instrumentos contaminados para evitar la contaminación cruzada siguiendo las instrucciones de limpieza que se indican a continuación.

Advertencias y precauciones:

- Si el implante ha estado en contacto con el paciente, fluidos corporales o tejidos, o si está dañado, NO puede reprocesarse y DEBE desecharse correctamente.
- Los usuarios deben usar equipo de protección personal (EPP) apropiado.
- Los usuarios deben ser personal calificado con evidencia documentada de capacitación y competencia. La capacitación debe incluir las pautas y estándares vigentes y las políticas de los centros de atención médica.

Limpieza de instrumentos:

El instrumental del sistema de placas de acortamiento cubital se debe limpiar a fondo antes de volver a utilizarlo para lograr la esterilización.

Advertencias y precauciones

- Los instrumentos y accesorios reutilizables del sistema de placas de acortamiento cubital, incluida la bandeja de esterilización y los componentes de la bandeja, deben descontaminarse inmediatamente después de completar el procedimiento quirúrgico. No se debe permitir que los instrumentos contaminados se sequen antes de la limpieza/reprocesamiento. Se debe limpiar el exceso de sangre o residuos para evitar que se seque.
- Solo el personal calificado con evidencia documentada de capacitación y competencia debe de estar a cargo de la limpieza de los instrumentos. La capacitación debe incluir las pautas y estándares vigentes y las políticas de los centros de atención médica.
- Evite el uso de cepillos metálicos o estropajos o materiales abrasivos durante el proceso de limpieza.
- Los instrumentos deben enjuagarse para eliminar residuos de los agentes de limpieza y contaminación.
- No utilice aceite mineral ni lubricantes de silicona en los instrumentos.
- Se recomiendan agentes enzimáticos y limpiadores de pH neutro para la limpieza de instrumentos. Es importante que los agentes de limpieza alcalinos se neutralicen completamente y se enjuaguen de los instrumentos.
- Antes de la esterilización, se debe inspeccionar los instrumentos para verificar la limpieza de las superficies, las juntas y los lúmenes, el funcionamiento adecuado y el desgaste. Si el producto no se puede limpiar después de varios lavados o si se encuentra evidencia de desgaste, desfiguración o daño físico, NO lo use y comuníquese con su representante local de Skeletal Dynamics o con el Departamento de atención al cliente de Skeletal Dynamics.

Esterilización:

El sistema de placas de acortamiento cubital de Skeletal Dynamics se proporciona sin esterilizar. Este sistema está diseñado para la esterilización por vapor en el centro de salud.

1. Coloque todos los componentes y accesorios en las áreas designadas de la bandeja de esterilización. No amontone las bandejas durante la esterilización.
2. La esterilización por vapor se puede lograr utilizando uno de los ciclos que se indicann a continuación:

Tiempos de ciclo para ciclos de esterilización con vapor de eliminación dinámica de aire (vacío)

Artículo	Tiempo de Exposición a 132°C (270°F)	Tiempo Mínimo de Secado
Bandeja de Esterilización Envuelta	4 minutos (envuelta)	40 minutos

- Siga ANSI/AAMI ST79:2006 - Guía completa para la esterilización por vapor y la garantía de esterilidad en los centros de atención médica.
- No se recomienda la esterilización por vapor de uso inmediato (IUSS).
- Se requiere el uso de una envoltura aprobada por la FDA.
- La esterilización posterior del instrumento debe realizarse en el sistema de bandejas proporcionado. Para su reutilización y esterilización, los instrumentos deben colocarse dentro del sistema de bandejas de la manera suministrada por la empresa.

Manejo y almacenamiento:

Cuando no esté en uso, guarde el sistema de placas de acortamiento cubital limpio y desinfectado dentro de la bandeja de esterilización. Manténgalo en un lugar fresco y seco y alejado de la luz solar directa. Antes del uso, inspeccione la instrumental para verificar sus condiciones de servicio.

Siempre que sea posible, se deben de realizarse comprobaciones funcionales:

1. Se debe verificar que los dispositivos de acoplamiento estén bien ensamblados.
2. Los dispositivos reutilizables con partes móviles deben operarse para verificar que funcionen correctamente (se puede aplicar un lubricante de grado médico adecuado para la esterilización por vapor según sea necesario).
3. Debe comprobarse la rectitud de los instrumentos giratorios (p. ej., brocas, escariadores). Esto se puede lograr haciendo rodar el instrumento sobre una superficie plana.

Nota: La vida útil de estos dispositivos depende de muchos factores que incluyen, entre otros, el método y la duración de cada uso y el manejo de los dispositivos entre usos. La inspección rutinaria y cuidadosa y las pruebas funcionales del dispositivo son el mejor método para determinar la vida útil del dispositivo médico.

Descargo de responsabilidad de garantía y recursos limitados:

Skeletal Dynamics, Inc. no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, sobre los productos descritos en esta publicación. Skeletal Dynamics, Inc no será responsable bajo ninguna circunstancia por daños directos, incidentales o consecuentes que no sean los expresamente previstos por la ley específica. Ninguna persona tiene autoridad para obligar a Skeletal Dynamics, Inc a ninguna representación o garantía, excepto como se establece específicamente en esta publicación. Las descripciones o especificaciones proporcionadas por Skeletal Dynamics, Inc en cualquier publicación solo se incluyen para describir en general el producto cuando se fabrica y no constituyen ninguna garantía expresa.



Centro de Asistencia al Cliente

Skeletal Dynamics, Inc
7300 N. Kendall Dr. / Suite 400
Miami, FL 33156
1-877-753-5396



Emergo Europe.
Westervoortsedijk 60.
6827 AT Arnhem.
The Netherlands



Ulnar Shortening Plating System (Sistema de Acortamiento Cubital)

Inventory Control Sheet

Qty.

Implants

2	Ulnar Shortening Plate, Distal, Right USP-DRT (01)00841506114415 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506114415</div>	2	Ulnar Shortening Plate, Distal, Left USP-DLT (01)00841506114422 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506114422</div>
2	Ulnar Shortening Plate, Distal, Short Right USP-DRS (01)00841506116068 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506116068</div>	2	Ulnar Shortening Plate, Distal, Short Left USP-DLS (01)00841506116075 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506116075</div>
1	Ulnar Shortening Plate, Proximal USP-PRX (01)00841506114439 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506114439</div>	1	Ulnar Shortening Plate, Proximal, Long USP-PRXL (01)00841506114446 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506114446</div>

Screws

4	Threaded Peg, Locking, 2.3mm x 10mm, Ti TPLS-23100-TS (01)00841506103358 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103358</div>	4	Threaded Peg, Locking, 2.3mm x 12mm, Ti TPLS-23120-TS (01)00841506103365 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103365</div>
4	Threaded Peg, Locking, 2.3mm x 14mm, Ti TPLS-23140-TS (01)00841506103372 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103372</div>	4	Threaded Peg, Locking, 2.3mm x 16mm, Ti TPLS-23160-TS (01)00841506103389 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103389</div>
4	Threaded Peg, Locking, 2.3mm x 18mm, Ti TPLS-23180-TS (01)00841506103402 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103402</div>	4	Threaded Peg, Locking, 2.3mm x 20mm, Ti TPLS-23200-TS (01)00841506103426 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103426</div>
4	Threaded Peg, Locking, 2.3mm x 22mm, Ti TPLS-23220-TS (01)00841506103440 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103440</div>	4	Threaded Peg, Non-Locking, 2.7mm x 12mm, Ti TPNL-27100-TS (01)00841506103518 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103518</div>
4	Threaded Peg, Non-Locking, 2.7mm x 12mm, Ti TPNL-27120-TS (01)00841506103525 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103525</div>	4	Threaded Peg, Non-Locking, 2.7mm x 14mm, Ti TPNL-27140-TS (01)00841506103532 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103532</div>
4	Threaded Peg, Non-Locking, 2.7mm x 16mm, Ti TPNL-27160-TS (01)00841506103549 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103549</div>	4	Threaded Peg, Non-Locking, 2.7mm x 18mm, Ti TPNL-27180-TS (01)00841506103556 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103556</div>
4	Threaded Peg, Non-Locking, 2.7mm x 20mm, Ti TPNL-27200-TS (01)00841506103563 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103563</div>	4	Threaded Peg, Non-Locking, 2.7mm x 22mm, Ti TPNL-27220-TS (01)00841506103570 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506103570</div>
7	Screw, Cortical Non Locking, 3.5mm x 10mm, Ti PANL-35100-TS (01)00841506102795 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506102795</div>	7	Screw, Cortical Non Locking, 3.5mm x 12mm, Ti PANL-35120-TS (01)00841506102818 <div style="text-align: right; font-size: small;">(01)00841506102818</div>

7	Screw, Cortical Non Locking, 3.5mm x 14mm, Ti PANL-35140-TS (01)00841506102832  (01)00841506102832	7	Screw, Cortical Non Locking, 3.5mm x 16mm, Ti PANL-35160-TS (01)00841506102856  (01)00841506102856
7	Screw, Cortical Non Locking, 3.5mm x 18mm, Ti PANL-35180-TS (01)00841506102863  (01)00841506102863	3	Screw, Cortical Non Locking, 3.5mm x 20mm, Ti PANL-35200-TS (01)00841506104171  (01)00841506104171
2	Screw, Cortical Non Locking, 3.5mm x 22mm, Ti PANL-35220-TS (01)00841506104188  (01)00841506104188	7	Screw, Cortical Locking, 3.5mm x 10mm, Ti COLS-35100-TS (01)00841506101095  (01)00841506101095
7	Screw, Cortical Locking, 3.5mm x 12mm, Ti COLS-35120-TS (01)00841506101118  (01)00841506101118	7	Screw, Cortical Locking, 3.5mm x 14mm, Ti COLS-35140-TS (01)00841506101132  (01)00841506101132
7	Screw, Cortical Locking, 3.5mm x 16mm, Ti COLS-35160-TS (01)00841506101156  (01)00841506101156	7	Screw, Cortical Locking, 3.5mm x 18mm, Ti COLS-35180-TS (01)00841506101163  (01)00841506101163
2	Screw, Cortical Locking, 3.5mm x 20mm, Ti COLS-35200-TS (01)00841506104034  (01)00841506104034		
Single Use (Disposable) Instruments			
6	K-Wire, Single Diamond, 1.6mm x 127mm KWIR-SD-16127 (01)00841506116204  (01)00841506116204	2	Drill, Solid Side Cutting, 2.0mm x 40mm DRLL-SSC-20040 (01)00841506101255  (01)00841506101255
2	Drill, 2.7mm x 40mm DRLL-SSC-27040 (01)00841506105932  (01)00841506105932	1	Drill, 3.5mm x 40mm DRLL-SSC-35040 (01)00841506116198  (01)00841506116198
2	Driver, Peg, Torque Limiting DRVR-AOS-S20 (01)00841506101293  (01)00841506101293	0	Driver, Peg DRVR-S20 (01)00841506109152  (01)00841506109152
2	Driver, Universal Quick Connect, T10 DRVR-UQC-T10 (01)00841506101330  (01)00841506101330		
Reusable Instruments			
4	AIMing Guides, 1.5mm PDG-AIM-015 (01)00841506102870  (01)00841506102870	2	PROTEAN Plate Bending Pliers, Large PRT-BND-PLL (01)00841506109985  (01)00841506109985
1	Handle, Universal Quick Connect, Fixed HNDL-UQC-FXD (01)00841506102108  (01)00841506102108	1	Handle, Small QC, Fixed HNDL-SQC-FXD (01)00841506102078  (01)00841506102078



1	Thread-in Drill Guide, 2.0mm TPDG-THD-DG20 (01)00841506103327	 (01)00841506103327	1	Thread-in Drill Guide, FreeFix, 3.5mm TPDG-FF-35 (01)00841506115757	 (01)00841506115757
1	Depth Gauge, Universal, 30mm DPGA-UNV-030 (01)00841506101194	 (01)00841506101194	1	FreeFix Depth Gauge DPGA-FF-050 (01)00841506115887	 (01)00841506115887
1	Forceps, Bone Holding Medium, Compression, Right FRCP-BHM-COMR (01)00841506117560	 (01)00841506117560	1	Forceps, Bone Holding Medium, Compression, Left FRCP-BHM-COML (01)00841506117577	 (01)00841506117577
1	Forceps, Bone Holding Medium, Ratcheting FRCP-BHM-RTC (01)00841506101354	 (01)00841506101354	1	Drill Guide, FreeFix, Ulnar Shortening TPDG-FF-USP (01)00841506117614	 (01)00841506117614
1	Oblique Compression Hole Guide TPDG-CHG (01)00841506116037	 (01)00841506116037	1	Ulnar Shortening, Cutting Guide, Proximal, Right CUTG-PRX-R (01)00841506116082	 (01)00841506116082
1	Ulnar Shortening, Cutting Guide, Proximal, Left CUTG-PRX-L (01)00841506116099	 (01)00841506116099	1	Ulnar Shortening, Cutting Guide, Oblique, Proximal, Right CUTG-OPRX-R (01)00841506116105	 (01)00841506116105
1	Ulnar Shortening, Cutting Guide, Oblique, Proximal, Left CUTG-OPRX-L (01)00841506116112	 (01)00841506116112	1	Ulnar Shortening, Cutting Guide, Distal, Right CUTG-DIST-R (01)00841506116129	 (01)00841506116129
1	Ulnar Shortening, Cutting Guide, Distal, Left CUTG-DIST-L (01)00841506116136	 (01)00841506116136	0	Ulnar Shortening Plate Bending Irons US-BND (01)00841506116143	 (01)00841506116143
0	Instrument, Mini-Hohmann Retractor, Standard INST-MHR-STD (01)00841506102467	 (01)00841506102467	1	Cottle Osteotome, 2.0mm C-OST-20 (01)00841506116167	 (01)00841506116167
2	Instrument, Hohmann Retractor, Double Ended INST-HR-DBL (01)00841506117690	 (01)00841506117690	0	Driver, Peg, Torque Limiting, Reusable DRVR-AOS-S20R (01)00841506108834	 (01)00841506108834
0	Driver, Peg, Reusable DRVR-S20R (01)00841506109114	 (01)00841506109114	0	Removal Driver, Peg DRVR-RM-S20 (01)00841506108865	 (01)00841506108865
0	Driver, Universal Quick Connect, T10, Reusable DRVR-T10R (01)00841506108827	 (01)00841506108827			